KURZANLEITUNG AIRNERGY AVANT GARDE

1. Installation

1



Drücken Sie an der Geräteunterseite den Luftfilter mit leichter Drehung in die dafür vorgesehene Öffnung.

2

Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte Netzteil mit dem Stromnetz.

3

Befüllen Sie die Glasflasche maximal bis zur Hälfte mit sauberem, kalkarmem Trinkwasser (ohne Kohlensäure).

4

Stellen Sie die Glasflasche mit dem Sprudelelement in das Gerät.

5

Um zu vermeiden, dass Wasser in das Gerät eindringt, achten Sie bitte beim Befüllen der Flasche darauf, dass die maximale Wasserhöhe nicht überschritten wird.

6

Stecken Sie den Adapter des Sprudelelementes in die Gerätebuchse.

7

Stecken Sie die Atembrille an der Gerätevorderseite auf die Auslassdüse. Lassen Sie vor dem Aufsetzen der Atembrille die Luft einen Moment zur Entlüftung durchströmen.

Hinweis Service Videos:

Haben Sie schon unsere Internetseite besucht?
Dort finden Sie auch einige hilfreiche Service-Videos für das optimale Handling Ihres Airnergy Gerätes.

Schauen Sie doch mal vorbei.

www.airnergy.com

2. Aufsetzen der Atembrille

1

2

3

Tipp:

Um den Eigengeruch einer neuen Atembrille zu neutralisieren, empfehlen wir, die Atembrille vor der Anwendung eine Weile aus der Verpackung zu nehmen und vor dem Aufsetzen zunächst die Airnergy Luft zur Geruchsneutralisierung durchströmen zu lassen.

AIRNERGY INTERNATIONAL GMBH | WEHRSTR. 24-26 | 53773 HENNEF | FON: +49 (0) 2242 9330-0 | FAX: +49 (0) 2242 9330-30 | E-MAIL: INFO@AIRNERGY.COM | WWW.AIRNERGY.COM

3. Inbetriebnahme

1

Schalten Sie das Gerät über die POWER-Taste ein. Das Gerät startet mit einem Selbsttest.

2



Stellen Sie über die PLUS und MINUS-Taste die gewünschte Behandlungsdauer* ein.

3



Wählen Sie über die INTENSITY-Taste zwischen drei Intensitätsstufen (50 % 75 % 100 %) aus. Die Werkseinstellung ist 100%.

4



Die gewählte Einstellung lässt sich über die MEMORY-Taste für Ihre nächsten Anwendungen speichern.

5



Durch Betätigen der START-Taste beginnen Sie die Anwendung. Atmen Sie normal weiter.

4. Probleme und Rückfragen

Sollten bei dem Aufbau oder bei der Anwendung Fragen auftreten, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter natürlich gerne weiter:

+49 (0) 2242 9330-0
www.airnergy.com

*Die Werkseinstellung der Behandlungsdauer ist bei allen Avant Garde Vitalisatoren auf 21 Minuten eingestellt.

5. Zubehör

Atembrille
(Art.-Nr. 1005255)

Glasflasche inkl. Sprudelelement
(Art.-Nr. 1010255)

Luftfilter V2
(Art.-Nr. 1020156)

Netzteil
(Art.-Nr. 1033357)

Atembrillentasche
(Art.-Nr. 4017055)

optional

Headset-Diffusor
(Art.-Nr. 1007055)

AIRNERGY INTERNATIONAL GMBH | WEHRSTR. 24-26 | 53773 HENNEF | FON: +49 (0) 2242 9330-0 | FAX: +49 (0) 2242 9330-30 | E-MAIL: INFO@AIRNERGY.COM | **WWW.AIRNERGY.COM**